

令和 8 年度岩手県立胆沢病院手術用支援ロボット保守点検業務仕様書

保守点検作業は当該装置関連の安全性を確保すること、並びに安定した使用状態を保つためにこの仕様書に定めるところにより実施するものとする。

1 施設名及び所在地

施設名	岩手県立胆沢病院	所在地	岩手県奥州市水沢字龍ヶ馬場 61 番地
-----	----------	-----	---------------------

2 保守点検対象装置

機種名・形式		da Vinci Xi サージカルシステム		製造業者	インテュイティブ サージカル合同会社
数 量	一式	整備年月日	令和 6 年 12 月 27 日	資産番号	04338

3 保守点検の実施方法

保守点検は下表の点検項目内容及び回数で実施すること。

4 保守点検内容

項 目	実 施	摘 要
定期保守点検	○	契約期間に 1 回実施
オンコール及びリモート 保守体制	○	24 時間対応
修理交換部品及び修理対 応	○	緊急修理及び部品（但し、エンドスコープ及びシュ ミレーターは含まない。）

5 保守点検作業日

原則として、土曜日、日曜日、祝日を除いた平日とする。作業は午前 8 時から午後 5 時の間
に行うものとする。

6 実施報告(点検報告書)

受託者は保守点検作業終了後、速やかに点検報告書を作成し、病院へ提出するものとする。

7 契約代金の支払い

契約代金の支払は、契約の相手方からそれぞれ適法な請求書を受理した日から起算して 30
日以内の日とする。なお、保守料の支払いは、契約期間満了後、適切な履行を確認した後に、一
括で支払うものとする。

8 その他

本仕様書の内容で疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載のない事項については誠意をも
って協議し解決するものとする。